

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**018-2022-CV**

Página 1 de 2

**SOLICITANTE:** ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL -OEFA  
**Dirección:** AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN 603 - JESÚS MARIA - LIMA

**OBJETO DE CALIBRACIÓN:** **Correntómetro Digital**

**Marca:** Global Water  
**Modelo:** FP111  
**Serie:** 1516001810

**Código de identificación:** 26-0027

**Ubicación:** ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL -OEFA

**Procedencia:** USA

**Alcance:** 0,1 m/s a 6 lpm

**División de escala:** 0,1 m/s

Este informe de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de medida según el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados declarados en este certificado son válidos en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones. Corresponde al solicitante establecer una próxima calibración, la cual está en función del uso, mantenimiento y conservación del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

**DE LA RECEPCIÓN:**

**Fecha de recepción:** 2022-03-25

**DE LA CALIBRACIÓN:**

**Fecha de calibración:** 2022-03-31

**Lugar:** Laboratorio Aseguramiento Metrológico S.A.C.

**Método utilizado:** Por gravimetría, tomando como referencia el procedimiento PAM-001 para la calibración de flujómetros y contómetros.


ASEGURAMIENTO METROLÓGICO S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

El certificado de calibración sin firma carece de validez.

2022-03-31



Fecha de emisión



**Christian Astorga**  
Técnico encargado

**Condiciones ambientales:**

	Inicial	Final
Temperatura	20,2 °C	20,1 °C
Humedad	67 %HR	66 %HR

**Patrones de referencia:**

Trazabilidad	Patrón utilizado	Certificado de calibración
METROIL S.A.C.	Termómetro digital	LT-0941-2021
METROIL S.A.C.	Termohigrómetro de indicación digital	T-2081-2021
METROIL S.A.C.	Cinta Métrica metálica	L-0852-2021
UNI-T	Tacómetro	UT373 200415783

**Resultados de medición:**

**Velocidad**

Valor del patrón	Indicación	Corrección	Incertidumbre
m/s	m/s	m/s	m/s
0,2	0,2	0,0	0,2
1,0	1,0	0,0	0,3
3,0	3,0	0,0	0,3
6,0	6,0	0,0	0,3

**Altura**

Valor del patrón	Indicación	Corrección	Incertidumbre
cm	cm	cm	cm
10,0	10,0	0,0	0,3
50,0	50,0	0,0	0,3
94,0	94,0	0,0	0,3

**Observaciones:**

- La incertidumbre expandida fue calculado con un factor de cobertura  $k=2$  para un nivel de confianza de aproximadamente 95 %
- La periodicidad de la calibración de este equipo esta en función del uso, conservación y mantenimiento o de las características metrológicas del equipo.

FIN DEL DOCUMENTO

