



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

ALF011-230820

1.- SOLICITANTE

Razón social: Organir Evaluacion y Fiscalización Ambiental - OEFA.
Dirección: Av. Faustino Sanchez Carrion N° 603

2.- INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Muestreador de Material particulado del aire de alto volumen

Marca : THERMO SCIENTIFIC
Modelo : G10557
N° de Serie (Venturi): P9326X
Serie de motor: 2342
Motor: 1 HP/ 220V AC
Flujo: 1,13 m³/min
Identificación: 60226409-0027

3.- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

La calibración fue realizada tomando como referencia el procedimiento descrito en el EPA Compendium Method IO - 2,1

4.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACIÓN

* El instrumento fue calibrado el 2020 - 08 - 22.

* La calibración se realizó en el Área de Flujo del Laboratorio ASEGURAMIENTO METROLOGICO S.A.C.

5.- TRAZABILIDAD

N° de Certificado/ Serie	Patrón utilizado	Marca	F. Calibración
TE-5028A	Calibrador Vari Flow	TISCH Environmental	13/01/2020
C4310002	Barometro	Vaisala	8/01/2020
TE-1980-2019	TermoHigrometro	TRACEABLE	9/10/2019
MN-080-2020	Manometro diferencial	DYWER	20/08/2020

6.- CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura	20.3 °C	± 0.1 °C
Humedad	44.7 % HR	± 0.2 % HR
Presión	745.9 hPa	± 0.3 hPa

Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos y/o modificaciones requieren la autorización del Laboratorio de Metrología Aseguramiento Metrológico S.A.C. Certificado sin firma y sello carecen de validez.
Los resultados de este certificado no deben utilizarse como certificado de conformidad de producto.

Fecha de emisión: 2020 - 08 - 23.



Christian Astorga Paredes
Jefe de Laboratorio
Aseguramiento Metrológico S.A.C.

ALF-042/MARZO2020/Rev.01

Dirección: Calle Mariano Baldarrago N° 385 - Urb. Maranga 7ma Etapa - San Miguel - Lima - Perú
WWW.ASEGURAMIENTOMETROLOGICO.COM



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

ALF011-230820

7.- RESULTADOS

Ta (C): 20.3	Pa (mmHg): 745.9	Slope: 1.04617					
		Int.: -0.01981					
Corrida Number	Orificio "H2O	Qa m ³ /min	Muestreador "H2O	Pf mm Hg	Po/Pa	Look Up m ³ /min	% de diferencia
1	3.90	1.203	10.00	18.663	0.975	1.191	-0.998
2	3.70	1.172	11.95	22.306	0.970	1.184	1.024
3	3.60	1.156	13.95	26.038	0.965	1.178	1.903
4	3.57	1.151	16.00	29.860	0.960	1.171	1.737
5	3.50	1.140	18.00	33.593	0.955	1.165	2.192

7.1.- OBSERVACIONES:

- A) El metodo de referencia establece que se debe tener un % de diferencia menor al +/- 4%.
- B) El tiempo de estabilizacion del motor antes de la calibración fue de 15 minutos.
- C) Calibracion del venturi perteneciente al muestreador de particulas (volumetrico) HIVOL.

- * Los datos obtenidos son el resultado del promedio de 15 mediciones por punto de calibración.
- * Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
- * La periodicidad de la calibración esta en función al uso y mantenimiento del equipo de medición.
- * La incertidumbre de la medición ha sido determinada usando un factor de cobertura k=2 para un nivel aproximado de confianza del 95%.

FIN DEL DOCUMENTO

ALF-042/MARZO2020/Rev.01

Dirección: Calle Mariano Baldarrago N° 385 - Urb. Maranga 7ma Etapa - San Miguel - Lima - Perú
WWW.ASEGURAMIENTOMETROLOGICO.COM