CONTROL DE CALIDAD N°: IE-22-12258

Parametros	L.D.M.	L.C.M.	BLANCO	MUESTRA CONTROL		MUESTRA FORTIFICADA			DUPLICADO	
			Resultado	Criterio	Resultado	Criterio	Resultado1	Resultado2	Criterio	Resultado
Metales Totales ICP-MS(2)										
Aluminio	0,001	0,003	<0,003 mg/L	85-115%	100,73	85-115%	100,00	93,00	0-15%	3,20
Cadmio	0,0001	0,0002	<0,0002 mg/L	85-115%	100,62	85-115%	91,00	100,00	0-15%	NA
Arsénico	0,0002	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	99,51	85-115%	92,00	90,00	0-15%	NA
Bario	0,0001	0,0003	<0,0003 mg/L	85-115%	99,98	85-115%	95,00	105,00	0-15%	0,23
Cromo	0,0001	0,0003	<0,0003 mg/L	85-115%	101,47	85-115%	91,00	94,00	0-15%	NA
Cobre	0,0001	0,0002	<0,0002 mg/L	85-115%	99,50	85-115%	93,00	98,00	0-15%	NA
Hierro	0,001	0,002	<0,002 mg/L	85-115%	100,62	85-115%	101,00	90,00	0-15%	3,46
Manganeso	0,00002	0,00005	<0,00005 mg/L	85-115%	97,26	85-115%	99,00	100,00	0-15%	2,03
Niquel	0,0001	0,0004	<0,0004 mg/L	85-115%	101,22	85-115%	103,00	91,00	0-15%	NA
Zinc	0,0001	0,0002	<0,0002 mg/L	85-115%	97,37	85-115%	103,00	99,00	0-15%	8,70
Plomo	0,0008	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	99,71	85-115%	99,00	99,00	0-15%	8,70
Mercurio	0,000033	0,000100	<0,000100 mg/L	85-115%	90,73	85-115%	90,00	96,00	0-15%	NA
Plata	0,0003	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	105,50	85-115%	99,00	99,00	0-15%	NA
Boro	0,0003	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	101,81	85-115%	97,00	97,00	0-15%	2,78
Berilio	0,0001	0,0003	<0,0003 mg/L	85-115%	99,81	85-115%	95,00	102,00	0-15%	NA
Calcio	0,001	0,004	<0,004 mg/L	85-115%	101,28	85-115%	93,00	107,00	0-15%	1,17
Cobalto	0,0005	0,0020	<0,0020 mg/L	85-115%	100,16	85-115%	97,00	107,00	0-15%	NA
Potasio	0,003	0,010	<0,010 mg/L	85-115%	101,92	85-115%	92,00	97,00	0-15%	1,87
Litio	0,00003	0,00010	<0,00010 mg/L	85-115%	100,32	85-115%	102,00	105,00	0-15%	NA
Magnesio	0,0006	0,0020	<0,0020 mg/L	85-115%	102,23	85-115%	101,00	91,00	0-15%	0,46
Molibdeno	0,0003	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	101,27	85-115%	106,00	96,00	0-15%	NA
Sodio	0,0003	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	90,96	85-115%	106,00	96,00	0-15%	0,92
Fosforo	0,002	0,006	<0,006 mg/L	85-115%	99,03	85-115%	97,00	98,00	0-15%	3,34
Antimonio	0,001	0,002	<0,002 mg/L	85-115%	100,25	85-115%	106,00	102,00	0-15%	NA
Selenio	0,001	0,002	<0,002 mg/L	85-115%	95,97	85-115%	97,00	98,00	0-15%	NA
Estaño	0,0003	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	101,79	85-115%	96,00	107,00	0-15%	NA
Estroncio	0,00002	0,00005	<0,00005 mg/L	85-115%	99,57	85-115%	95,00	108,00	0-15%	0,27
Titanio	0,0003	0,0010	<0,0010 mg/L	85-115%	99,06	85-115%	107,00	108,00	0-15%	3,34
Talio	0,0001	0,0004	<0,0004 mg/L	85-115%	94,10	85-115%	103,00	105,00	0-15%	NA
Vanadio	0,0001	0,0003	<0,0003 mg/L	85-115%	101,80	85-115%	100,00	102,00	0-15%	NA
Uranio	0,0001	0,0003	<0,0003 mg/L	85-115%	96,50	85-115%	92,00	107,00	0-15%	NA
Bismuto	0,003	0,010	<0,010 mg/L	85-115%	99,66	85-115%	96,00	109,00	0-15%	NA

(2) Ensayo acreditado por el IAS
NA: No Aplica