INFORME DE ENSAYO

ACCREDITED
Testing Laboratory
TL-502

Nº de Referencia:	**S-23/050405**	Registrada en:	AGQ Perú	Cliente (^):	OEFA
Análisis:	S-PR-0031	Centro Análisis:	AGQ Perú	Domicilio (^):	AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 - JESUS MARIA-LIMA
Tipo Muestra:	SEDIMENTOS	Fecha Recepción:	02/08/2023	Contrato:	QMT-PE230400699
Fecha Inicio:	03/08/2023	Fecha Fin:	08/08/2023	Cliente 3º(^):	----
Descripción(^):	RS N° 1481-2023 / CAV-SD-6				

Fecha/Hora Muestreo:	01/08/2023 18:40	Muestreado por:	*Cliente (^)
Lugar de Muestreo:	Constitucional del Callao - Ventanilla		
Punto de Muestreo:	CAV-SD-6		

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

Liliana Dedios Alegria
CQP-824

FECHA EMISIÓN: 09/08/2023

OBSERVACIONES (*):
CA:0019-8-2023-102. Anexo Control de Calidad.

Nº de Referencia:	S-23/050405	Tipo Muestra:	SEDIMENTOS
Descripción(^):	RS N° 1481-2023 / CAV-SD-6	Fecha Fin:	08/08/2023

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
Hidrocarburos				
Hidrocarburos Totales de Petróleo C10-C28	< 5,00	mg/kg PS	-	
Hidrocarburos Totales de Petróleo C28-C40	< 5,00	mg/kg PS	-	
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10	< 0,30	mg/kg PS	-	
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C40	< 0,30	mg/kg PS	-	

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación nº TL-502 emitida por IAS.

Nº de Referencia:	S-23/050405	Tipo Muestra:	SEDIMENTOS
Descripción(^):	RS N° 1481-2023 / CAV-SD-6	Fecha Fin:	08/08/2023

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (#)
Hidrocarburos				
Hidrocarburos Totales de Petróleo C10-C28	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID		5,00 mg/kg PS
Hidrocarburos Totales de Petróleo C28-C40	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID		5,00 mg/kg PS
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID HS		0,30 mg/kg PS
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C40	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID		0,30 mg/kg PS

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Nº de Referencia:	S-23/050405	Tipo Muestra:	SEDIMENTOS
Descripción(^):	RS N° 1481-2023 / CAV-SD-6	Fecha Fin:	08/08/2023

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Observaciones (*):

CA:0019-8-2023-102. Anexo Control de Calidad.

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

ANEXO CONTROL DE CALIDAD 2023080410382571

N° de Referencia (Código laboratorio): S-23/050400, S-23/050401, S-23/050402, S-23/050403, S-23/050404, S-23/050405, S-23/050622, S-23/050623, S-23/050624, S-23/050625, S-23/050626, S-23/050627, S-23/050628, S-23/050629, S-23/050630, S-23/050632, S-23/050631, S-23/050633, S-23/050634, S-23/050635
Análisis: S-PR-0031
Fecha Emisión: 4/08/2023

			Controles				Criterio de Aceptación		
Técnica	Parámetro AT	Unidad	Blanco	Muestra Control (%R)	Muestra Doble (%PDR)	Referencia (Muestra Doble)	Blanco	Control	Duplicado
Cromat CG FID HS									
Cromat CG FID	Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10	mg/kg PS	<LC	113.0	0.0	S-23/050405	<LC	70 a 130	<30
	Hidrocarburos Totales de Petróleo C10-C28	mg/kg PS	<LC	95.0	4.8	S-23/050404	<LC	70 a 130	<30
	Hidrocarburos Totales de Petróleo C28-C40	mg/kg PS	<LC	77.0	24.1	S-23/050404	<LC	70 a 130	<30